



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICARDONI

PIT Calibration Data Sheet

Date:	03/07/2012
Sensor:	S-20724
Operator:	AR, CM

Hour:	
Temp. (°C):	20
Range:	0,0-6,0m



Concrete Block Data:
 Dimensions:
 20x20x20 cm
 Weight: 18,7 kg
 $\rho = 2,3319 \text{ kg/dm}^3$

Column length (m)	measured length (m)
3	3,00
4	4,00
5	5,04
6	6,08

Handwritten signature

Revised and approved by

